

ТТУ дозиметр

Наименование товара:		<i>Прибор геологоразведочный сцинтилляционный СРП-88Н</i>			
Вид потребности:		<i>разовая</i>			
Количество (при регулярной потребности - прогнозное годовое количество с учетом унификации)		3 шт			
Цель приобретения. Перечень задач, для решения которых будет приобретен товар:					
1	Определение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения				
№	Наименование ТМЦ	Измеримое, проверяемое значение	Порядок подтверждения требования проверяемого значения (Да/нет/значение)-	Подтверждающий документ	Тип требования (обязательное/дополнительное)
Функциональные характеристики, потребительские свойства товара, требования к комплектности (составу, концентрации, плотности, габаритам и т.п.)					
1	Устройство индикации комбинированное	УИК-01Н		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
	Габариты УИК-01Н	210×100×85 мм		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
2	Блок детектирования	БДПГ- 22Н		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
	Детектор	сцинтилляционный счетчик		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
	Диапазон измерений потока гамма-излучения	от 10 с-1 до 30 000 с-1		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
	Начальный энергетический порог регистрации	не более 50 кэВ		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
	Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения потока гамма-излучения	±10%		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
	Время установления рабочего режима	1 мин		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	
	Габаритные размеры, масса	50x191x430 мм		технический паспорт/Инструкция по эксплуатации	обязательное
3	Комплект поставки :				
	Устройство индикации комбинированное УИК-01Н	1шт			обязательное
	Блок детектирования БДПГ- 22Н	1шт			обязательное
	Узел питания низковольтный ПНН-159Н	1шт			обязательное
	Держатель	1шт			обязательное
	Колпачок	1шт			обязательное
	Комплект ЗИП согласно ведомости	1шт			обязательное
	Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости	1шт			обязательное
	Ведомость эксплуатационных документов	1шт			обязательное
Требования к сопроводительной документации, наличию сертификатов, требования к безопасности и т.п.					
1	Паспорт ЖШ1.289.386. ПС	да			обязательное на оборудование
Требования к проведению сопутствующих работ, услуг					
1	Первичная поверка	да			обязательное
Разное (дополнительная информация, пояснения, ссылки на чертежи и т.п.)					
нет					
Требования к месту и сроку (графику) поставки					
1					