

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг

Тип объекта закупки	Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Характеристики товара, работы, услуги	Количество(объем работы, услуги)					Единица измерения			
				Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге				
товар	Перчатки хирургические из латекса геви, неопудренные	22.19.60.113-00000001	Внутреннее покрытие	Многослойное полимерное покрытие для предотвращения мацерации кожи при продолжительных операциях		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	600,00	Пара (2 шт.)	44,80	26 880,00		
			Длина перчатки	≥290	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики						Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание
			Материал	Латекс		Значение характеристики не может изменяться участником закупки						Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от

						08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Область применения	Для применения в общей хирургии и большинства хирургических операций. Стерильные		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			Поверхность пальцев	Микротекстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			Размер	7		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			Толщина латекса на ладони (одинарная)	≥0.3	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				

			Толщина латекса на пальцах (одинарная)	≥0.3	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Форма перчатки	Анатомическая, с разделением на правую и левую руки		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства					
							РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
товар	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	22.19.60.113-00000001	Внутреннее покрытие	Многослойное полимерное покрытие для предотвращения мацерации кожи при продолжительных операциях		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание	1 750,00	Пара (2 шт.)	131,25	229 687,50	
			Длина перчатки	≥290	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Материал	Латекс		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения					

						государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Область применения	Для операций в условиях повышенного риска механических повреждений, в том числе ортопедии. Стерильные		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			Размер	7.5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			Толщина латекса на ладони (одинарная)	≥0.3	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			Толщина латекса на пальцах (одинарная)	≥0.3	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в				

							позиции КТРУ отсутствует описание					
			Форма перчатки	Анатомическая, с разделением на правую и левую руки		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			цвет	коричневый		Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики	для подавления световых бликов и снижения нагрузки на глаза медицинского персонала при работе в специализированных отделениях.					
				черный			для подавления световых бликов и снижения нагрузки на глаза медицинского персонала при работе в специализированных отделениях.					
товар	Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные	22.19.60.113-00000001	Внутреннее покрытие	Многослойное полимерное покрытие для предотвращения мацерации кожи при продолжительных операциях		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание	2 350,00	Пара (2 шт.)	131,25	308 437,50	
			Длина перчатки	≥290	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					

			Материал	Латекс		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Область применения	Для операций в условиях повышенного риска механических повреждений, в том числе ортопедии. Стерильные		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Размер	8		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Толщина латекса на ладони (одинарная)	≥0.3	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Толщина латекса на пальцах (одинарная)	≥0.3	Миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения					

						государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание					
			Форма перчатки	Анатомическая, с разделением на правую и левую руки		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание				
			цвет	коричневый		Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики	для подавления световых бликов и снижения нагрузки на глаза медицинского персонала при работе в специализированных отделениях.				
				черный			для подавления световых бликов и снижения нагрузки на глаза медицинского персонала при работе в специализированных отделениях.				

2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя):

Не установлено

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: не установлено

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: не установлено

5. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: не установлено

6. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не установлено

7. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: не установлено

8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено

9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено

9.1. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено

10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы,

услуги (при необходимости).

10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться: указаны в извещении об осуществлении закупки в разделе «Объект закупки» и таблице пункта 1 данного документа.

