

**Поставка поверочной газовой смеси**

1. Объект закупки: поверочная газовая смесь
2. Место поставки: 119002 г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 26/28.
3. Срок поставки: по заявке заказчика в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование товара, работы, услуги.*</b>	<b>Описание товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ (при наличии). Функциональные, технические, качественные и при необходимости, эксплуатационные характеристики (показатели и значения показателей)</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>
<b>1</b>	Поверочная газовая смесь		шт	18

**Дополнительные технические и функциональные характеристики товара\*\***

<b>№ пп</b>	<b>Наименование характеристики</b>	<b>Значение характеристики</b>
<b>1.1</b>	Поверочная газовая смесь	ГСО 1 разряда или ТУ и ГСО производителя
<b>1.2</b>	В баллонах по 5 литров (с покупкой баллона)	Наличие
<b>1.3</b>	Состав газовой смеси: СО: 0,3%; О2: 21,07%; СН4: 0,304%; N2: ост.	Соответствие
<b>1.4</b>	Баллон: углеродистая сталь (5-150У)	Соответствие
<b>1.5</b>	Вентиль: латунь с заглушкой вентиля	Наличие
<b>1.6</b>	На баллоне должно стоять клеймо о проведении первичного технического освидетельствования	Соответствие

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование товара, работы, услуги.*</b>	<b>Описание товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ (при наличии). Функциональные, технические, качественные и при необходимости, эксплуатационные характеристики (показатели и значения показателей)</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во</b>
<b>2</b>	Поверочная газовая смесь		Шт.	12

**Дополнительные технические и функциональные характеристики товара\*\***

<b>№ пп</b>	<b>Наименование характеристики</b>	<b>Значение характеристики</b>
<b>2.1</b>	Поверочная газовая смесь	ГСО 1 разряда или ТУ и ГСО производителя
<b>2.2</b>	В баллонах по 10л (баллоны на обмен).	Наличие
<b>2.3</b>	Состав газовой смеси: Не	Соответствие

	(18%)+CO(0,25%)+O2(19%)+N2(ост)	
2.4	Баллон на обмен: углеродистая сталь (10-150У)	Соответствие
2.5	Вентиль: латунь с заглушкой вентиля	Наличие
2.6	На баллоне должно стоять клеймо о проведении первичного технического освидетельствования	Соответствие

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги.*	Описание товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ (при наличии). Функциональные, технические, качественные и при необходимости, эксплуатационные характеристики (показатели и значения показателей)	Ед. изм.	Кол-во
3	Сжатый воздух		Шт.	7

#### Дополнительные технические и функциональные характеристики товара\*\*

№ пп	Наименование характеристики	Значение характеристики
3.1	Сжатый воздух	Нормативный документ производителя или ТУ производителя.
3.2	В баллонах по 5 л (с покупкой баллона).	Наличие
3.3	Состав сжатого воздуха: Воздух синтетический, содержание O2: 20,9%	Соответствие
3.4	Баллон на обмен: углеродистая сталь (5-150У)	Соответствие
3.5	Вентиль: латунь с заглушкой вентиля	Наличие
3.6	На баллоне должно стоять клеймо о проведении первичного технического освидетельствования	Соответствие