

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ко л-во	Ед. изм.
1	<p><b>Компаратор ПКМ-100-02</b> <b><u>или</u></b> <b><u>эквивалент</u></b></p>	<p>Диапазон измерения плоскопараллельных концевых эталонных мер от 0,1 до 100 мм  Измерения плоскопараллельных концевых эталонных мер 3 и 4 разрядов  Измерение рабочих мер 1-5 класса точности  Пределы допускаемого отклонения длины измеряемых концевых мер от длины эталонных мер <math>\pm 15</math> мкм.  Дискретность отсчета 0,01 мкм.  Измерительные усилия индуктивных преобразователей:  - верхнего от 60 до 100 сН  - нижнего от 30 до 60 сН  Разность измерительных усилий верхнего и нижнего индуктивных преобразователей не менее 30 сН  Размах показаний при арретировании индуктивных преобразователей не более 0,03 мкм  Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины концевых мер <math>\pm 0,05</math> мкм  Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонения от плоскопараллельности концевой меры равной 10 мм <math>\pm 0,05</math> мкм  Изоляция электрических цепей компараторов выдерживает без пробоя испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты не менее 1,5 кВ  Электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм  Параметры электрического питания:  -напряжение переменного электрического тока от 187 до 242 В  -частота переменного электрического тока от 49 до 51 Гц  Габаритные размеры, мм, не более:  -длина 1250 мм  -ширина 650 мм  -высота 1200 мм  Комплектность средства измерений:</p>	1	шт.

		<p>-модуль измерительный: 1 штука -стол лабораторный: 1 штука -блок цифровой электронный: 1 штука Комплект оснастки: -кассета 30мм : 1 штука -кассета 35мм: 2 штука -вакуумный пинцет: 1 штука Персональный компьютер со встроенным программным обеспечением: 1 штука Принтер: 1 штука Столик (комплект) для модификации ПКМ-100-02: 1 штука Руководство по эксплуатации: 1 штука Паспорт: 1 штука Свидетельство о поверки: 1 штука Методика поверки: 1 штука Проведение пуско-наладочных работ</p>		
--	--	---	--	--