

Материал: Нитрильный латекс (нитрил),

Требования к стерильности изделия: Нестерильный

Область применения: Смотровые: Процедурные.

Требования к качеству: Подтверждение соответствия стандарту ASTM

F1671 об устойчивости перчаток к проникновению перносимых с

Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком.

Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 220 \leq$

Одинарная толщина среднего пальца перчатки: $\geq - 0.1$ мм.

Ширина перчатки: $\geq 80 \leq 90$ мм.

Класс потенциального риска: 2Б.

Конструктивные особенности: Манжета с валиком; Без опудривания.

Плвст внешнрго споя: Синий